

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty na dostawę produktów do terapii nerkozastępczej.

Wyjaśnienia

W zawiązku z otrzymanymi zapytaniem, Zamawiający Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie w opowiada:

1.Czy Zamawiający w części 2 poz. 2 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow), z poliuretanu, bez otworów bocznych: średnica 11 lub 13 FR długość 15 cm , 20 cm, 25 cm.

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniująca szafa cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- opakowanie zawiera 3 szt.

Odp. Zgodnie z zaproszeniem

---

2. Jakich ramion wymaga Zamawiający prostych, czy zagiętych ?

Odp. Zamawiający wymaga ramion prostych i zagiętych do wyboru przez Zamawiającego

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części 2 poz. 2 i stworzy dzielny pakiet dla tej pozycji?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Jednocześnie Zamawiający **przedłuża termin na składanie ofert do 31.10.2024 r. do godz. 10.00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2024 r o godz. 10.15 w Sali narad.

Zamawiający: