

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na dostawę sprzętu do rehabilitacji .

Wyjaśnienia

W zawiązku z otrzymanymi zapytaniem, Zamawiający Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie odpowiada:

Część nr I – wirówki do masażu wodnego

Poz. 1 – Wanna do masażu wirowego (wirówka) kończyn dolnych – manualna

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w 6 dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia, które wprowadzają wodę w ruch wirowy? System ten jest zgodny z metodyką wykonywania zabiegu masażu wirowego. Dzięki takiemu zastosowaniu można przeprowadzić dokładną terapię kończyn dolnych. Dysze powietrzne wprowadzają wodę jedynie w stan bąbelkowania. Ciśnienie wody rozkłada się równomiernie na każdą dyszę, co przy dużej ilości dysz powoduje, że te ciśnienie jest słabsze i hydroterapia jest mniej efektywna.

Odp. Zgodnie z zaproszeniem

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: długość 890 mm, szerokość 880 mm, wysokość: 750 mm? Wymiary te nieznacznie różnią się od wymaganych, przy czym długość spełnia wartość wymaganą z zapytania ofertowego i nie mają wpływu na wymaganą pojemność zabiegową.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowane rozmiary , pozostałe parametry zgodnie z zaproszeniem

Poz. 2 – Wanna do masażu wirowego (wirówka) kończyn górnych – manualna

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w dysze o regulowanym kierunku wypływu strumienia wody, które wprowadzają wodę w ruch wirowy? System ten jest zgodny z metodyką wykonywania zabiegu masażu wirowego. Dzięki takiemu zastosowaniu można przeprowadzić dokładną terapię kończyn dolnych. Dysze powietrzne wprowadzają wodę jedynie w stan bąbelkowania.

Odp. Zgodnie z zaproszeniem

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poniżej opisanych pojemnościach:

-Pojemność całkowita mierzona do poziomu korka przelewowego: 44l,

-Pojemność użytkowa poziom napełnienia I: 25l?

Odp. Zgodnie z zaproszeniem

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z poborem mocy wynoszącym 1,1 kW? Wartość ta nie różni się znacząco od wymaganego parametru – tylko o 0,1 kW.

Odp. Zamawiający dopuszcza

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: długość 95 x szerokość 110 x wysokość 107 cm? Wymiary te nieznacznie różnią się od wymaganych, przy czym długość spełnia wartość wymaganą z zapytania ofertowego.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Zamawiający: